

V ý z v a
na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou
podľa § 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov
na dodanie tovaru

1) Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Ministerstvo obrany SR
Úrad pre investície a akvizície
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava
IČO: 30845572
Kontakt: Ing. Róbert Angyal
Telefón: 0960/321 316
Fax: 0960/322 427
e-mail: robert.angyal@mod.gov.sk

2) Typ zmluvy: Kúpna zmluva

3) Druh a množstvo predmetu zákazky – časti predmetu zákazky:

1. Súprava na prekonávanie prekážok – 2 ks
2. Súprava na označovanie nebezpečných a kontaminovaných priestorov - cca 2 ks
3. Osobný dozimeter – cca 20 ks

4) Rozsah ponuky: ponuku možno predložiť na jednu časť, dve časti alebo všetky tri časti predmetu zákazky

5) Termín dodania tovaru: najneskôr do 30.10. 2008

6) Miesto dodania:

VÚ 1358 Vojenská nemocnica Ružomberok, pracovisko Liptovský Mikuláš

7) Opis predmetu zákazky: je uvedený v prílohe č. 1 k tejto výzve

8) Lehota na predloženie cenovej ponuky: do 18.8.2008 12:00 hod.

9) Vyhodnotenie ponúk: do 22.8.2008

10) Podmienky účasti – predloženie dokladov a dokumentov:

- **doklad o oprávnení podnikat'** (originál alebo úradne osvedčená kópia) alebo úradne osvedčená kópia o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov,
- **opis technických parametrov** ponúknutého zariadenia. Technické parametre musia byť v súlade s požadovanými verejným obstarávateľom v časti Opis predmetu zákazky
- **zoznam servisných a opravárenských stredísk v SR**
- **prospekty**, resp. fotografie zariadení,
- **doklady o plnení stanovených technických noriem a medzinárodných predpisov** pre dané zariadenie vystavené príslušnou organizáciou v súlade s platnými právnymi predpismi

11) Kritéria na hodnotenie ponúk: najnižšia cena.

12) Miesto a spôsob predkladania ponuky:

Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:

- a) písomne: Úrad pre investície a akvizície MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
- b) osobne: Úrad pre investície a akvizície MO SR, Za Kasárňou 65, Bratislava, do 18.8.2008 do 12,00 h, 1.poschodie, Pracovisko administratívnej bezpečnosti („podateľňa“), miestnosť č.107

Uchádzač vloží ponuku v zmysle tejto výzvy do samostatného obalu. Obal musí byť uzavretý a musí obsahovať údaje:

- adresu verejného obstarávateľa
- adresu uchádzača, (názov alebo obchodné meno a adresu sídla alebo miesta podnikania uchádzača),
- označenie heslom pre daný návrh:

„SÚŤAŽ – „zariadenia pre NTPM“ – NEOTVÁRAŤ“

14) Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Cena za ponúknutý tovar musí byť cena konečná vrátane všetkých nákladov spojených s dodávkou tovaru do miesta dodania.

15) Dôvody na zrušenie zadania zákazky s nízkou hodnotou:

- nebola predložená žiadna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky Výzvy,
- ani jedna z predložených ponúk nesplnila podmienky Výzvy,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola Výzva zverejnená.

16) Informácia pre záujemcu:

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, nie je možné podať námietky v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.

Opis predmetu zákazky

1. Súprava na prekonávanie prekážok – 2 ks
2. Súprava na označovanie nebezpečných a kontaminovaných priestorov - cca 2 ks
3. Osobný dozimeter – cca 20 ks

Časť predmetu zákazky č. 1

Názov: Súprava na prekonávanie prekážok

Súprava obsahuje sadu pomôcok na prekonávanie prekážok v teréne. Je odolná voči výkyvom počasia a voči korózii.

a) Vyslobodzovacie zariadenie:

Zloženie: 4 ks duralových alebo adekvátnych ľahkých vyslobodzovacích podložiek pod kolesá ľahkého terénneho vozidla. Rozmer min. 900x25 mm. Hmotnosť 1 ks max 5,5 kg. Podložky sú uložené v spoločnom obale. Celková hmotnosť vozidla cca 4 tony.

b) Reťazová píla s ochrannou prilbou uložené v prenosnom vaku na chrbát

Technické parametre reťazovej píly:

- zdvihový objem - 55-65 cm³,
- výkon - 2,5-3,5kW
- systém zapalovania - max. otáčky - cca 10 000 ot/min
- voľnobeh - 2000-3000 ot/min
- objem palivovej nádrže - 0,3-05 l
- objem olejovej nádrže - 0,2-0,5 l
- úroveň hluku - max. 105 dB
- vibrácie na prednej/zadnej rukoväti - tlmené
- Značková píla napr. Husquarna, Still, Dolmar

c) Lezecká súprava

- mechanický kladkostroj – hupcug ťah min. 1,5 t,
- lano horolezecké 50 m, pevnosť v ťahu min. 800 kg,
- postroj horolezecký 2x + karabíny + šplhadlo + prilba,
- uhlová brúska –značková napr. Narex, Bosch, , min. 125-230 mm, 750-1100 W, 9000-12 000 ot, 230 V,
- sekera 60 cm značková ako napr. Fiskars, lopata skladacia,
Obidve súčasti uložené v ochranných obaloch - ochrana ostria sekery aj lopaty.

Ďalšie požiadavky na predmet zákazky:

1. Predvedenie zariadenia, jeho uvedenie do prevádzky vrátane zaškolenia obsluhy pri odovzdaní.
2. Zabezpečenie záručného servisu a pozáručného servisu min. v trvaní 5 rokov
3. Súčasťou dodávky zariadení bude návod na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku

Časť predmetu zákazky č. 2

Názov: Súprava na označovanie nebezpečných a kontaminovaných priestorov

Súprava určená na vytyčovanie a označenie kontaminovaného priestoru štandardizovanými značkami podľa noriem NATO STANAG 2002 odlišené zamorenie:

- biologické,
- chemické,
- radiačné

Súprava musí byť odolná voči poveternostným vplyvom a korózii, umožňujúca jednoduchú aplikáciu a manipuláciu na mieste, použiteľná i do tvrdšieho podkladu, dobre viditeľná a rozpoznateľná z diaľky, obsahujúca minimálne 100 označených značiek s možnosťou ich umiestnenia v ochrannom obale.

Súčasťou súpravy je ručný laserový diaľkomer a ručný GPS prístroj.

Požadované technické parametre ručného laserového diaľkomera

- meranie jednotlivých dĺžok,
- kontinuálne meranie (vytyčovanie),
- výpočty: sčítanie, odčítanie, plochy a objemy,
- funkcie neprístupnej výšky/dĺžky (Pytagorova veta), voľby merania od prednej hrany alebo výklopného kolíku na meranie uhlopriečok,
- presnosť merania: $\pm 1,5$ mm (0,3-30m),
- rozsah merania: 0,05 -100 m,
- rýchlosť merania (typická): $< 0,5$ s,
- rýchlosť merania (maximálna): 4s,
- viditeľný laser triedy podľa IECI: 2 (635nm, < 1 mW),
- priemer stopy lúča na 10m: cca 6 mm,
- priemer stopy lúča na 50m: cca 30 mm,
- prevádzková teplota: -10^0 až $+ 50^0$ C,
- automatické vypnutie lúča:
- automatické vypnutie prístroja:
- napájanie. 4x1,5 V AAA batérie,
- doba merania na batérie: cca 20 000 meraní,
- vodotesnosť a prachotesnosť podľa normy IP 54,
- váha prístroja: 0,1-0,3 kg,
- závit na foto-statív:
- rozmery d x š x v: cca 110 x 70 x 50 mm,
- príslušenstvo: 4x AAA ,alebo AA alebo iné nabíjateľné batérie, transportné puzdro, návod na použitie v slovenskom jazyku

Požadované technické parametre ručného GPS prístroja

- prijímač. 12-16 kanálov Waypointov cca 500,
- vstavaná pamäť: min 1MB, počet trás /bodov na trasu 50/50,
- možnosť pridania máp MapSourcePoints of Interest CD,
- výdrž batérie min10 h
- veľkosť displeja. Min. 2.2x1.6, typ displeja LCD- Farebný,
- rozlíšenie displeja. Min 240x180 farebný,
- štandardná GPS anténa,
- váha 200-350 g,
- vodotesnosť v bežnom rozsahu
- rozmery: cca 180x100x50 mm,
- elektronický kompas,
- barometrický výškomer alebo dotykový display alebo obidve tieto funkcie.

Súprava na označovanie na označovanie nebezpečných a kontaminovaných priestorov je uložená v 2 -3 prenosných obaloch na spôsob nosiča golfových palíc na kolesách nepresahujúce rozmery 1,5 x 1,0 x 0,8 m. Obal je farby kaki, odolný voči vonkajším vplyvom a je dezinfikovateľný.

Prístroje zo súpravy musia mať zabezpečený záručný a pozáručný servis.

Časť predmetu zákazky č. 3

Názov: Osobný dozimeter

Prístroj určený na meranie, ukladania a zobrazovanie osobného hĺbkového dávkového ekvivalentu Hp (10) a jeho príkonu.

Požadované technické parametre

- signalizácia prekročenia nastavených prahov kumulovaného dávkového ekvivalentu a jeho dávkového príkonu,
- použiteľný samostatne v autonómnom režime aj v zapojení do dozimetrických systémov,
- pripínateľný na odev,
- komunikácia pri zapojení do dozimetrického systému,
- odolnosť voči mechanickému, teplotnému a elektromagnetickému pôsobeniu,
- vodovzdornosť,
- jednoduché vyhodnocovanie zaznamenaných dávok,
- merací rozsah:
 - dávkovací ekvivalent : 1 mikro Gy až 10 Gy,
 - príkon dávkového ekvivalentu: do 10 Gy/h
- energetická závislosť:
 - od 60 keV do 2 MeV: $\pm 30\%$,
 - od 2 MeV do 6 MeV: $\pm 60\%$,
- relatívna chyba v celom rozsahu: $\pm 30\%$
- rozsah pracovných teplôt základný: od -20°C do $+50^{\circ}\text{C}$,
- rozsah pracovných teplôt rozšírený: od -40°C do $+50^{\circ}\text{C}$,
- rozmery max.: cca 85 x 50 x 10 mm,
- max. hmotnosť: 80 g,
- súčasťou dodávky je napájacia batéria, .

Súčasťou dodávky je zaškolenie obsluhy a návod na obsluhu v slovenskom jazyku, zabezpečenie záručného a pozáručného servisu min. 3 roky. Zabezpečenie ND v priebehu min. 5 rokov..