

Č. : RVP-833-1/2008

Výtlačok číslo: 5

Počet listov: 3

Výzva

na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou

podľa § 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb

1. **Identifikácia verejného obstarávateľa:** Riaditeľstvo Vojenskej polície Ministerstva Obrany SR
2. **Typ zmluvy:** objednávka
3. **Miesto dodania:** Riaditeľstvo Vojenskej polície, Železničná 3, kasárne SNP ,911 01
Trenčín
4. **Kontaktná osoba:** kpt. Ing. Jozef BOLEČEK, č. tel. : 0960/ 339439, 0908 771 526
e-mail: jozef.bolecek@mil.sk, jozefbolecek@post.sk
5. **Druh a množstvo tovaru:** merací prístroj PU 194 DELTA opísaný v prílohe
6. **Rozsah ponuky:** na celý predmet zákazky
7. **Opis predmetu zákazky:** merací prístroj PU 194 DELTA opísaný v prílohe

Lehota na predloženie cenovej ponuky: Cenové ponuky možno predkladať v pracovné dni od 08,00 do 15,00 hod. Lehota na predkladanie cenových ponúk uplynie dňa **18. 9.2008 do 15,00 hod.** Uchádzač vloží cenovú ponuku do uzavretej obálky označenej heslom „NEOTVÁRAŤ – merací prístroj „ na adresu:

**Riaditeľstvo Vojenskej polície
Železničná 3
Kasárne SNP
911 01 Trenčín**

8. **Vyhodnotenie ponúk:** Vyhodnotenie ponúk vykoná komisia určená Riaditeľom Vojenskej polície dňa 19. 9. 2008 na Riaditeľstve Vojenskej polície v Trenčíne bez prítomnosti uchádzačov. O výsledku budú uchádzači informovaní písomne. S uchádzačom, ktorý predloží víťaznú cenovú ponuku, bude

vystavená objednávka na dodanie uvedeného materiálu. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.

9. Podmienky účasti:

- *doklad o oprávnení podnikat' (v origináli alebo úradne overenej kópii) alebo úradne overená kópia o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z. (nie starší ako 3 mesiace.)*
- *poprípade iné doklady preukazujúce odbornú a technickú spôsobilosť potrebné na dodanie požadovaného predmetu zákazky*

10. Kritéria na hodnotenie ponúk: cena za kus s DPH

V Trenčíne dňa: 5.9.2008

kpt. Ing. Jozef BOLEČEK
vedúci starší dôstojník OLOG RVP MO SR

Príloha č.1

k. č. : RVP- 833- 1/2008

1. Technický opis predmetu dodania „merací prístroj PU 194 DELTA „

Prístroj je určený pre meranie pri revíziách elektrických spotrebičov a prenosného ručného náradia. Prístroj spĺňa požiadavky noriem SN 33 1600, SN 33 1610, SN EN 60 204 – 1.

Technické parametre:

- izolačné odpory R_{ISO} do 400 M Ω , meracie napätie 50, 100, 250 a 500 V,

- odpor ochranného vodiča R_{PE} do 20Ω jednosmerným prúdom min. 200mA (s prepínaním polarity),
- odpor ochranného vodiča R_{PE} do 1Ω striedavým prúdom 10 A (iba u Pu 194 DELTA 10 A),
- unikajúce prúdy (prúd ochranným vodičom I_{PE} , náhradný unikajúci prúd I_D , rozdielový prúd I_Δ),
- dotykový prúd I_F ,
- sieťové napätie U_N ,
- prúd odoberaný meraným spotrebičom I_N ,
- činný príkon P , predpokladaný príkon S a $\cos\varphi$ meraného spotrebiča,
- teplotu ,
- otáčky.

Prístroj je vybavený pamäťou s kapacitou 1000 nameraných hodnôt a umožňuje ich prenos do počítača. Zadávanie identifikačného osemmiestneho kódu spotrebiča je možné z klávesnice alebo pomocou snímača čiarového kódu.

KONŠTRUKCIA PRÍSTROJA.

Prístroj PU 194 DELTA je zabudovaný do puzdra z odolného plastu. V odklápacom viku je umiestnený veľký podsvietený displej, ktorý umožňuje zobrazit' súčasne 2 merané veličiny, jednu z nich najviac aj na 40 dielikovom stĺpcovom indikátore – bargrafe. Súčasne s meranými veličinami sú zobrazené ich symboly, jednotky a nastavené hodnoty meracích napätí a prúdu. Vedľa displeja sú potom umiestnené prehľadné schémy meracích úloh. Prístroj je

ovládaný pomocou membránovej klávesnice. Pre pripojenie meraných spotrebičov je prístroj vybavený jedinou zásuvkou, ktorá slúži ako napájacia a testovacia. Spotrebiče bez sieťovej vidlice možno pripojiť meracími šnúrami z príslušenstva prístroja ku konektorom, umiestneným na panely prístroja.

Prístroj je možno pripojiť k počítaču pomocou sériového rozhrania RS 232.

Maximálny prúdový odber meraného spotrebiča – 16 A

Elektromagnetická kompatibilita – podľa SN EN 61326 – 1

Bezpečnosť – podľa SN EN 61010 – 1: Zariadenie tr. ochrany I pre napätie 250 V proti zemi CAT II, Stupeň znečistenia 2

Hmotnosť prístrojaPU 194 DELTAcce 2,2 kg

kpt. Ing. Jozef BOLEČEK

VSD OLOG RVP MO SR

