

**Výzva**  
**na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou**  
podľa § 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb

**1) Identifikácia verejného obstarávateľa:**

Názov organizácie: Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR  
zastúpené Úradom pre investície a akvizície MO SR  
Sídlo organizácie: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava  
IČO: 30 845 572  
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír JAKÚBEK  
Telefón: 0960/321321  
Fax: 0960/322421  
E-mail: [vladimir.jakubek@mod.gov.sk](mailto:vladimir.jakubek@mod.gov.sk)

**2) Typ zmluvy:**

Rámcová dohoda

**3) Miesto dodania:**

Vojenská nemocnica Ružomberok, pracovisko Liptovský Mikuláš, Pod Strážami 1, 031 01 Liptovský Mikuláš

**4) Druh a množstvo tovaru:**

| Názov materiálu                  | Predpokladané počty |          |
|----------------------------------|---------------------|----------|
|                                  | rok 2008            | rok 2009 |
| Prenosný dekontaminačný prístroj | 3                   | 1        |

**5) Rozsah ponuky:**

Na celý predmet zákazky

**6) Termín dodania tovaru v roku 2008:**

31. október 2008

**7) Opis predmetu zákazky:**

uvedené v Príloha č. 1

**8) Lehota na predloženie cenovej ponuky:**

Cenové ponuky možno predkladať v čase od 08,00 do 14,00 hod. **do 11. júla 10:00 hod.** na adresu podľa bodu 1.

Ponuka musí byť doručená v zalepenej obálke a označená heslom: „NEOTVÁRAŤ – Prenosný dekontaminačný prístroj“ Cenové ponuky predložené po lehote na ich predkladanie budú uchádzačom vrátené.

## **9, Podmienky účasti**

Uchádzač predloží spolu s cenovou ponukou aj doklad o oprávnení podnikateľ, alebo potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na poskytnutie predmetu zákazky nie starší ako 3 mesiace

- výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba – podnikateľ, zapísaný v obchodnom registri) alebo živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba - podnikateľ, príspevková organizácia - podnikateľ),
- certifikát zhody.

## **10) Kritérium na hodnotenie ponúk:**

Po splnení podmienok účasti a podmienok uvedených v opise predmetu zákazky je kritériom hodnotenia **najnižšia cena.**

## **11) Vyhodnotenie ponúk:**

Vyhodnotenie vykoná trojčlenná komisia určená na vyhodnotenie ponúk dňa **14. 7. 2008 o 10:00** v budove ÚIA MO SR, Za kasárňou 3, Bratislava bez účasti uchádzačov.

S uchádzačom, ktorý splní podmienky účasti, podmienky uvedené v opise predmetu zákazky a predloží najnižšiu cenu bude uzatvorená rámcová dohoda.

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.

**Opis predmetu zákazky**  
**Prenosný dekontaminačný prístroj - súprava**

**Prenosný dekontaminačný prístroj- súprava:**

- prístroj na odmorovanie predmetov prichádzajúcich z prostredia podozrivého z prítomnosti biologických, chemických a rádioaktívnych agens,
- schopnosť prístroja vyvíjať dezinfekčný aerosol, JET systém,
- nádoba na dezinfekčný roztok ,
- schopnosť dispergovať odmorovacie roztoky pod tlakom a v prípade potreby aj zohriať na požadovanú teplotu,
- odolnosť voči korózii,
- jednoduchosť obsluhy.

**Technická špecifikácia min. požiadavky**

- Výkon motora: min. 22 kW
- Výroba roztoku - spotreba: do 35 litrov za hodinu
- Produkuje od 120 - 140 m<sup>3</sup> účinného aerosolu za minútu
- Objem roztoku (l): min. 3,8
- Tlak roztoku (Bar): do 0,28
- Objem benzínovej nádrže (l): do 1,00
- Priemerná spotreba (l/hod.): 1,8 - 2.2
- Zapalovanie: "Buzzer" coil.
- Batérie "D"
- veľkosť (8) x 1.5 V = 12 VDC.
- Hmotnosť: 12 - 15 kg
- Rozmery (cm): 140 x 30 x 40
- Kovový vstupný filter nasávanie
- Pomocné káble na štart
- Tlak paliva nepožadovaný

**Prečerpávacie tlakové čerpadlo**

- Max. prietok (l/min.): do 240
- Max. sacia hĺbka (m): 6-8
- Max. celkový výtlak (m): do 40
- Priemer sacieho/výstup. hrdla: 1.5"
- Hmotnosť (kg) : do 9,00
- Rozmery d x š x v (mm) : 330 x 280 x 380
- Typ motora : 1-valec, 4-takt, ohv
- Výkon motora (kW/k) : min 1,00
- Spotreba paliva (l/hod.) : do 0,9
- Objem nádrže (l): min. 1,20

**Motorový postrekovač - min technické požiadavky:**

- nádržka na postrek s veľkým objemom - 14 litrov a s ukazovateľom stavu hladiny, dávkovací ventil na tryske a difúzer s tromi rôznymi rozptyľovacími mriežkami.,
- výkon min 2,6 kW,
- objem válca 55 cm<sup>3</sup>, palivo benzín, príprava paliva karburátor,
- hmotnosť 11 kg, prenosný na pleciach,
- max prietok vzduchu 1260 m<sup>3</sup> / hod, min. dosah 12 m

**Dokumentácia:**

- návod na obsluhu (údržbu) v slovenskom jazyku

**Súčasťou dodávky musí byť**

- inštalácia predmetu zákazky a jeho uvedenia do prevádzky vrátane zaškolenia obsluhy,
- základný technický opis
- dodanie technologických postupov na údržbu
- dodanie technologických postupov na vykonanie revízií a odborných skúšok

**Splnenie podmienok pri uzatváraní zmluvy**

- zápis o odovzdaní a prevzatí predmetu zákazky,
- záručný servis min. 24 mesiacov,
- pozáručný servis a zabezpečenie náhradných dielov v minimálnej dobe 5 rokov,
- vykonanie odborných prehliadok a skúšok podľa intervalov stanovených výrobcom
- zabezpečenie ND minimálne po dobu 10 rokov