

Výzva

na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou

podľa § 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb

(Sušiareň laboratórna)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Ministerstvo obrany SR
Úrad pre investície a akvizície
Sídlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO: 30845572

Kontaktná osoba: Horková Jarmila, ☎ 0960/322420, 📠 0960/322421, 02/44452090

2. Typ zmluvy:

Kúpna zmluva

3. Miesto dodania:

VÚ 1065 Trenčín

4. Druh a množstvo tovaru:

Sušiareň laboratórna – predpokladaný počet 1 ks

5. Rozsah ponuky:

Na celý predmet zákazky

6. Termín dodania:

august 2009

7. Opis predmetu zákazky:

Uvedené v prílohe 1

8. Lehota na predloženie cenovej ponuky:

Cenové ponuky možno predkladať **do 10:00 hod. dňa 16. marca 2009** v riadne uzavretej obálke označenej heslom „SÚŤAŽ - SUŠIAREŇ LABORATÓRNA - NEOTVÁRAŤ“. V cenovej ponuke je zahrnutá aj doprava do miesta plnenia.

Cenové ponuky predložené po uplynutí lehoty budú uchádzačom zaslané späť v neporušenom stave.

9. Vyhodnotenie ponúk:

Dňa 17. marca 2009

10. Podmienky účasti:

- doklad o oprávnenosti podnikateľ s predmetom zákazky nie starší ako 3 mesiace ku dňu predkladania cenových ponúk (v origináli alebo úradne overenej kópii),
- dokumentácia v slovenskom jazyku v rozsahu:
 - návod na obsluhu a opravy,
 - technický popis,
 - katalóg náhradných dielcov,
 - záručné podmienky.

11. Kritéria na hodnotenie ponúk:

Po splnení parametrov uvedených v opise predmetu zákazky je kritérium hodnotenia cena.

V Bratislave dňa:

Jarmila HORKOVÁ

Opis predmetu zákazky

Sušiareň laboratórna:

Charakteristika:

Zariadenie bude slúžiť na prípravu vzoriek skúšky znášanlivosti a stability pomocou HPLC, prípravu vzoriek pre vysokoúčinnú kvapalinovú chromatografiu, GC a IONSCAN a sušenie laboratórneho skla.

Technické požiadavky:

- mať predloženie atestu od výrobcu.
- objem sušiaceho priestoru: min. 150 dm³, max. 250 dm³,
- minimálny rozsah teplôt sušenia: 40-250°C,
- maximálna presnosť regulácie teploty: ±2°C,
- nútená cirkulácia vzduchu (ventilácia).

Predmet zákazky musí:

- spĺňať podmienky stanovené normou STANAG – 4541,
- mať predloženie atestu od výrobcu.

Splnenie podmienok pri uzavretí zmluvy:

- vykonanie ukážky funkčnosti pri preberaní predmetu zákazky,
- vykonanie zaškolenia obsluhy pri preberaní predmetu zákazky,
- pri preberaní predmetu zákazky dodanie osvedčenia o akosti a kompletnosti výrobku,
- zápis o odovzdaní a prevzatí predmetu zákazky,
- základný technický opis katalógov ND,
- návod na obsluhu,
- požadované dokumenty musia byť predložené v štátnom jazyku – **slovenský jazyk**.