

MINISTERSTVO OBRANY SR

Úrad pre investície a akvizície
Č. p.: ÚIA-808-3/2007-OOVM

Výzva

na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou

podľa § 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb
(Elektronický stetoskop)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Ministerstvo obrany SR
Úrad pre investície a akvizície
Sídlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO: 30845572

Kontaktná osoba: Horková Jarmila, ☎ 0960/322420, 📠 0960/322421, 02/44452090

2. Typ zmluvy:

Kúpna zmluva

3. Miesto dodania:

Vojenský útvar 5728 Nováky / CETT, Duklianska 1, 972 71 Nováky

4. Druh a množstvo tovaru:

Elektronický stetoskop - 1 ks

5. Rozsah ponuky:

Na celý predmet zákazky

6. Termín dodania:

31. októbra 2007

7. Opis predmetu zákazky:

Uvedené v prílohe 1

8. Lehota na predloženie cenovej ponuky:

Cenové ponuky možno predkladať **do 10:00 hod. dňa 15. júna 2007** v riadne uzavretej obálke označenej heslom „SÚŤAŽ – ELEKTRONICKÝ STETOSKOP - NEOTVÁRAŤ“. V cenovej ponuke je zahrnutá aj doprava do miesta plnenia.

Cenové ponuky predložené po uplynutí lehoty budú uchádzačom zaslané späť v neporušenom stave.

9. Vyhodnotenie ponúk:

Dňa 18. júna 2007 o 11:00 hod. komisiou ÚIA MO SR.

10. Podmienky účasti:

- doklad o oprávnenosti podnikat' s predmetom zákazky nie starší ako 3 mesiace ku dňu predkladania cenových ponúk (v origináli alebo úradne overenej kópii),

- doklad o certifikovaný systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2000 (9001:2001)
- dokumentácia v slovenskom jazyku v rozsahu:
 - návod na obsluhu a opravy,
 - technický popis,
 - katalóg náhradných dielcov,
 - záručné podmienky.

11. Kritéria na hodnotenie ponúk:

Po splnení parametrov uvedených v opise predmetu zákazky je kritérium hodnotenia cena.

V Bratislave dňa:

Jarmila HORKOVÁ

Opis predmetu zákazky

Špecifikácia predmetu zákazky – Elektronický stetoskop:

Charakteristika – Elektronický stetoskop je zariadenie, ktoré slúži ako flexibilný, vysokocitlivý, bezkontaktný systém na detekciu mechanických častí v časovacích zapalovačoch, nástražných výbušných systémov a zápalných zariadeniach pomocou zvuku.

Technické požiadavky:

- frekvenčný rozsah: 500 Hz až 5,5 kHz
- filter v rozsahu: 2 až 6 kHz
- senzor: nekontaktný
- možnosť nahrávania záznamu zvuku a jeho prehranie v normálnej a polovičnej rýchlosti
- výbava: infraport na prenos nahrávky do PC
- displej: má zobrazovať zvuk a stav nabitia batérií
- napájanie: pomocou 9 V batérií štandardného typu, operačný čas 14 hod.
- predmet zákazky má byť vodovzdorný

Predmet zákazky musí spĺňať podmienky stanovené normou STANAG – 2897.

Ďalej má byť uložený v prepravnom kufri s jedným uchom. Kufor má byť vodotesný, odolný voči mechanickému poškodeniu, teplu a mrazu (-30°C až +80°C), uzamykateľný, obsah zabezpečený voči posunu.

Splnenie podmienok pri uzavretí zmluvy:

- doplnenie kodifikačných údajov v zmysle Zákona 11/2004 Z.z.
- vykonanie ukážky funkčnosti pri preberaní predmetu zákazky
- vykonanie zaškolenia obsluhy pri preberaní predmetu zákazky
- zabezpečenie servisu na predmet zákazky v priebehu obdobia 10 rokov
- zabezpečenie dodávania náhradných dielov na predmet zákazky v priebehu obdobia 10 rokov