

Príloha č.1 k č. p. : ÚIA -446-3/2010-OOŠM

VÝZVA

**na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou
podľa § 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb**

1) Identifikácia obstarávateľa:

Názov: Ministerstvo obrany SR
Úrad pre investície a akvizície
Sídlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO: 30845572

Kontaktná osoba: Ing. Natália Babejová
Telefón: 0960/321 312
Fax: 02/44 452 074, 0960/321345

2) Typ zmluvy: Kúpna zmluva

3) Druh a množstvo tovaru a miesto dodania:

Časť 1 : 1 ks **Destilačný prístroj** (VÚ 9994 Nemšová)

Časť 2 : 1 ks **Recirkulačný chladič leteckého paliva pre chladenie termo kúpeľov**
(VÚ 6335 Prešov)

Časť 3 : 1 ks **Uzavretý téglík podľa Penskeho Martensa** (VÚ 1201 Kuchyňa)

4) Rozsah ponuky: Uchádzač môže predložiť ponuku na ktorúkoľvek ucelenú časť
predmetu obstarávania

5) Termín dodania: 31.08.2010

6) Opis predmetu zákazky: Laboratórne prístroje (Príloha č. 1 Technická špecifikácia)

7) Lehota na predloženie cenovej ponuky:

Návrhy možno predkladať v pracovné dni **od 08,00 do 14,00 h.** Lehota na predkladanie
návrhov uplynie dňa **28.04.2010 do 12,00 h.**

Návrh predložený po uplynutí lehoty na jeho predloženie nebude prijatý a bude vrátený
súťažiteľovi neotvorený.

8) Vyhodnotenie ponúk: 29.04.2010

9) Podmienky účasti uchádzačov budú splnené predložením:

kópia dokladu o oprávnenosti podnikat' – výpis zo živnostenského, alebo obchodného

- registra (overená kópia bude vyžiadaná od úspešného uchádzača)
- čestné prehlásenie súťažiteľa, že tovar bude nepoužívaný, novovyrobený (najpozdnejšie v roku predchádzajúcom roku podpísania zmluvy na dodanie tovaru) s dokumentáciou od výrobcu a bude dodaný z krajiny pôvodu,
- doklad o pôvode tovaru (čestným prehlásením),
- cenová ponuka

10) Adresa na ktorú je potrebné predložiť cenovú ponuku:

- a.) **poštou:** Ministerstvo obrany SR, Úrad pre investície a akvizície, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava,
- b.) **osobne:** Úrad pre investície a akvizície MO SR, Za kasárňou č. 65, Bratislava, 1.poschodie, podateľňa č. dverí 107.

Súťažiteľ vloží návrh na splnenie požadovaného záväzku v zmysle tejto výzvy do samostatného obalu. Obal musí byť uzavretý a musí obsahovať údaje:

- adresu vyhlasovateľa,
- adresu súťažiteľa, (názov alebo obchodné meno a adresa sídla (miesta) podnikania),
- označenie heslom pre daný návrh:
„SÚŤAŽ – Laboratórne prístroje – NEOTVÁRAŤ“

11) Kritérium na hodnotenie ponúk:

- a) cena tovaru

12) Ďalšie informácie obstarávateľa:

13) Dôvody na zrušenie súťaže:

- nebola predložená žiadna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky Výzvy,
- ani jedna z predložených ponúk nesplnila podmienky Výzvy,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola Výzva zverejnená.

14) Informácia pre uchádzača:

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou, nie je možné podať námietky v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.

V Bratislave dňa: 22.03.2010

Ing. Natália Babejová
tel. 0960/317 644, fax.02/44 452 074, e-mail natalia.babejova@mod.gov.sk

Príloha č. 1 Technická špecifikácia

1. Destilačný prístroj

- napätie: min. 3x400 V,
- príkon : 19,9 – 26,6 kW,
- maximálne prúdové zaťaženie : max. 40 A,
- tlak vstupnej vody : 0,1 – 0,6 MPa,
- celková spotreba vstupnej vody: 300 – 400 l/hod.,
- výkon: 28 – 35 l/hod.,
- požadujeme závesný prístroj.

2. Recirkulačný chladič leteckého paliva pre chladenie termo kúpeľov

Názov: Recirkulačný chladič leteckého paliva pre chladenie termo kúpeľov.

Typ: Julabo, model F200

Výrobca: ROFA Slovensko, s. r. o., Vlčie hrdlo, P. O. BOX 16, 820 03 Bratislava

Poznámka: Uvedený zariadenie spĺňa požiadavku vzájomnej kompatibility skúšobných prístrojov s akreditovaným laboratóriom oddelenia kontroly kvality.

Recirkulačný chladič určený pre dochladzovanie termostatických kúpeľov pri 20°C.

Termostatický recirkulačný chladiaci kúpeľ je určený na externé dochladzovanie termostatických, viskozitných kúpeľov v prípade, že samotný viskozitný kúpeľ nedokáže v letných mesiacoch (príp. za podpory chladenia vody z vodovodného kohútika) dostatočne ochladiť kúpeľ na 20°C.

Dochladzovací termostat je možné nastaviť na teplotu dochladzovania viskozitného kúpeľa +5°C, čím je jednak zabezpečená konštantná teplota dochladzovacej vody. Tento dochladzovací termostat sa pripája pomocou hadíc na chladiaceho hada.

Technické parametre:

- teplotná kontrola PID regulátor
- teplotný rozsah +5 až +40°C
- teplotná konštanta stabilita +/-3°C
- čerpadlo 120 mbar / 8 l / min
- objem kúpeľa do 3 l
- napájanie 230 V/50Hz
- vonkajšie rozmery 190x410x350 mm
- hmotnosť 19 kg

3. Uzavretý téglík podľa Penskeho Martensa

Názov : Uzavretý téglík podľa Penskeho Martensa.

Typ : Penskeho-Martensa HERZOG HFP 380

Špecifikácia na Semi – automatický prístroj na meranie bodu vzplanutia v uzatvorenom téglíku podľa Penskeho Martensa.

Automatický analyzátor pre stanovenie bodu vzplanutia Pensky Martens. Prístroj má byť riadený mikroprocesorom a bod vzplanutia má merať podľa ASTM D 93, metóda A a B a podľa ostatných súvisiacich noriem ISO 2719 A&B, EN ISO 2719 A&B.

Prístroj má mať zabudovaných 6 štandardných metód, v prípade potreby má byť možné vytvoriť vlastné užívateľské metódy.

Analyzátor má byť dodaný s elektrickým zapáľovaním, ma zároveň umožňovať aj plynové zapáľovanie. Prístroj má mať zabudovaný protipožiarny systém s alarmom. Požadujeme, aby meradlá, ktoré sú súčasťou prístroja boli overené legálnou metrológiou o čom požadujeme priložiť kalibračný list . Súčasťou dodávky má byť doprava a zaškolenie obsluhy.

Technické dáta:

Napájacie napätie:	230V
Frekvencia napätia:	50Hz
Elektrický výkon :	1000W
Rozmer prístroja:	240x380x445mm
Pracovná teplota:	+40, -15 °C