

Výzva

na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou

podľa § 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb

(Sušiareň laboratórna)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Ministerstvo obrany SR
Úrad pre investície a akvizície
Sídlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO: 30845572
Kontaktná osoba: Horková Jarmila, ☎ 0960/322420, 📠 0960/322421, 02/44452090

2. Typ zmluvy:

Kúpna zmluva

3. Miesto dodania:

Vojenský útvar 1065, Duklianska 1, 972 71 Nováky

4. Druh a množstvo tovaru:

Sušiareň laboratórna - 1 ks

5. Rozsah ponuky:

Na celý predmet zákazky

6. Termín dodania:

august 2008

7. Opis predmetu zákazky:

Uvedené v prílohe 1

8. Lehota na predloženie cenovej ponuky:

Cenové ponuky možno predkladať **do 10:00 hod. dňa 28. marca 2008** v riadne uzavretej obálke označenej heslom „**SÚŤAŽ - SUŠIAREŇ LABORATÓRNA - NEOTVÁRAŤ**“. V cenovej ponuke je zahrnutá aj doprava do miesta plnenia.

Cenové ponuky predložené po uplynutí lehoty budú uchádzačom zaslané späť v neporušenom stave.

9. Vyhodnotenie ponúk:

Dňa 31. marca 2008 o 9:30 hod.

10. Podmienky účasti:

- doklad o oprávnenosti podnikateľ s predmetom zákazky nie starší ako 3 mesiace ku dňu predkladania cenových ponúk (v origináli alebo úradne overenej kópii),
- doklad o certifikovaný systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2000 (9001:2001)
- dokumentácia v slovenskom jazyku v rozsahu: - návod na obsluhu a opravy,
 - technický popis,
 - katalóg náhradných dielcov,
 - záručné podmienky.

11. Kritéria na hodnotenie ponúk:

Po splnení parametrov uvedených v opise predmetu zákazky je kritérium hodnotenia cena.

V Bratislave dňa:

Jarmila HORKOVÁ

Opis predmetu zákazky

Sušiareň laboratórna:

Charakteristika:

Zariadenie bude slúžiť na prípravu vzoriek skúšky znášateľnosti a stability pomocou HPLC. Stanovenie termickej stability a znášateľnosti výbušnín pomocou HPLC. Príprava vzoriek pre vysokoúčinnú kvapalinovú chromatografiu (STANAG 4541) – sušenie laboratórneho skla.

Účel obstarania:

Podpora jednotky EOD pri jej činnosti v rámci cieľa síl EG 4229/EOD.

Technické požiadavky:

- objem sušiaceho priestoru: 150-200dm³,
- rozsah teplôt sušenia: 40-250°C,
- presnosť regulácie teploty: $\pm 2^{\circ}\text{C}$,
- nútená cirkulácia vzduchu (ventilácia),
- atest výrobku,
- záruka 2 roky,
- návod na obsluhu v slovenčine,
- požiadavky na životný cyklus: min. životnosť 10 rokov.

Predmet zákazky musí:

- spĺňať podmienky stanovené normou STANAG – 2897,
- mať certifikát alebo písomné vyhlásenie o zhode výrobku s technickými predpismi vrátane spôsobu posudzovania zhody podľa § 12 zákona č. 264/1999 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z.z.,
- zodpovedať podmienkam Zákona 330/1996 Z.z.,
- pri dodaní predmetu zákazky v množstve, v kvalite a vo vyhotovení podľa TD požadujem dodať – protokol o výrobe, protokol o skúške, osvedčenie o kvalite a úplnosti, prehlásenie o zhode.

Splnenie podmienok pri uzavretí zmluvy:

- vykonanie ukážky funkčnosti pri preberaní predmetu zákazky,
- vykonanie zaškolenia obsluhy pri preberaní predmetu zákazky,
- pri preberaní predmetu zákazky dodanie osvedčenia o akosti a kompletnosti výrobku,
- zápis o odovzdaní a prevzatí predmetu zákazky,
- zabezpečenie záručného a pozáručného servisu a servisných prehliadok formou zmluvného dodávateľa na predmet zákazky,
- zabezpečenie dodávania náhradných dielov na predmet zákazky v priebehu obdobia min. 10 rokov.