

**Výzva**  
**na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou**  
podľa § 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie služieb.

**1) Identifikácia verejného obstarávateľa:**

Názov: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Úrad hlavného lekára Ružomberok  
Sídlo: Gen. M. Vesela 21, 034 01 Ružomberok  
IČO: 30845572  
  
Kontaktná osoba: Mgr. Peter Krupa  
Telefón: 0960 424 446  
Fax : 0960 424 410  
e-mail: peter.krupa@mil.sk

**2) Predmet zákazky:**

**Repasácia akumulátora defibrilátora lifepak .**

S dodaním služby sa požaduje odvoz a dovoz akumulátora na adresu obstarávateľa.

**3) Druh a množstvo tovaru :**

Repasácia akumulátora defibrilátora lifepak AD HighPAK – 12 / 4,8Ah/Li-ion – 15 ks

**4) Typ zmluvy :** Objednávka – repasácia akumulátora

**5) Miesto dodania:**

Vojenský útvar 1355 Ružomberok pracovisko Liptovský Mikuláš  
Pod Strážami 1, Liptovský Mikuláš 031 01  
Poštová adresa: Vojenský útvar 1355, Gen. M. Vesela 21, Ružomberok 034 01

**6) Termín dodania zákazky:** do 30. novembra 2011

**7) Opis predmetu zákazky :** Podľa prílohy č.2 – Opis predmetu zákazky:

Repasácia akumulátora defibrilátora lifepak AD HighPAK – 12 / 4,8Ah.

**8) Rozsah ponuky:** na celý predmet zákazky.

**9) Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia:**

Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená týmito údajmi:

- adresa verejného obstarávateľa
- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla, alebo miesto podnikania)
- označenie „**Zákazka s nízkou hodnotou – neotvárať**“
- heslo „**Repasácia akumulátora defibrilátora lifepak**“

Ponuku je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:

**poštou: Úrad hlavného lekára OS SR, Gen. M. Vesela 21, 034 01 Ružomberok**  
alebo

**osobne: Úrad hlavného lekára OS SR, Gen. M. Vesela 21, 034 01 Ružomberok,  
poschodie - prvé, číslo dverí 2.04**

Lehota na doručenie ponúk uplynie: dňa 26.septembra 2011 o 11.00 hod.

**10) Vyhodnotenie ponúk:**

Otváranie ponúk a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční 28. septembra 2011 o 11.00 hod. bez účasti uchádzačov.

**11) Podmienky účasti:**

- doklad o oprávnení podnikat' – pri predložení ponuky fotokópiu, pred podpisom objednávky v originály alebo úradne overenej kópii (výpis z obchodného registra alebo iný relevantný doklad – živnostenský list, zriaďovateľskú listinu a pod.) nie starší ako 3 mesiace.

**12) Požadované obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:**

- akumulátory určené k repasácii prevziať a po repasácii vrátiť na adresu: Úrad hlavného lekára, Pod Strážami 1, Liptovský Mikuláš – kontaktná osoba: kpt. Ing. Jaroslav Banáš, tel.: 0960 424 243, e-mail: [jaroslav.banas@mil.sk](mailto:jaroslav.banas@mil.sk),
- akumulátory budú vydané dodávateľovi služby „Zápisom o prevzatí a odovzdaní materiálu“, na ktorom bude uvedený typ a počet kusov,
- cenovú ponuku požadujeme vypracovať v € s DPH podľa vzoru uvedenom v bode 14. tejto výzvy, ceny musia byť uvedené konečné a musia byť platné od lehoty na predloženie cenovej ponuky do lehoty dodávky (fakturácie); do ceny je nutné započítať všetky náklady uchádzača vrátane nákladov na dopravu,
- po dodaní služby repasácie akumulátorov vystaví dodávateľ: protokol o preskúšaní funkčnosti akumulátora,
- splatnosť faktúry je 30 dní, prílohou faktúry musí byť dodací list potvrdený oprávneným zástupcom objednávateľa služby – repasácia akumulátorov,
- záruka na vykonanú službu a uplatňovanie reklamácií – podľa platných noriem v SR.

**13) Obsah ponuky:**

- doklady podľa bodu 11. tejto výzvy – doklady preukazujúci splnenie podmienok účasti,
- cenová ponuka na celý predmet zákazky, vypracovaná podľa bodu 14. tejto výzvy, ktorá musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade to musí byť doložené originálom, alebo overenou kópiou plnomocenstva),
- prehlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami vyhlasovateľa na poskytnutie služby uvedenými v tejto výzve, prehlásenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade to musí byť doložené originálom, alebo overenou kópiou plnomocenstva).

**14) Požiadavky na predloženie cenovej ponuky:**

Cenovú ponuku predložiť vo formáte uvedenom v prílohe č.1 tejto výzvy.

**15) Kritérium na hodnotenie ponúk:**

Najnižšia **cena celkom** za dodanie predmetu zákazky do miesta dodania, vypočítaná a vyjadrená v eurách vrátane DPH. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní v ponuke.

**16) Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:**

- proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať žiadosť o nápravu, ani námietky v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní,
- verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi trojčlennú komisiu,
- všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, bude bezodkladne ( najneskôr do 5 dní odo dňa otvárania ponúk ) oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk; úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma, neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky,
- víťazný uchádzač musí pred podpisom kúpnej zmluvy predložiť originál dokladu alebo jeho úradne osvedčenú kópiu podľa bodu 11, ktorým preukáže jeho aktuálnosť v danom čase,
- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom umiestneným v poradí za úspešným uchádzačom, ak s rôznych dôvodov nedôjde k uzatvoreniu zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. s úspešný uchádzač od nej odstúpi,
- verejný obstarávateľ je aj oprávnený cenovú ponuku úspešného uchádzača verejne sprístupniť na svojej internetovej stránke, alebo na internetových stránkach iných ústredných orgánov štátnej správy.

**17) Dôvody zrušenia zadania zákazky s nízkou hodnotou:**

- nebola predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy,
- ani jedna z predložených ponúk nevyhoví požiadavkám verejného obstarávateľa,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená.

V Liptovskom Mikuláši 8. septembra 2011

Mgr. Peter Krupa  
samostatný odborný referent CMM ZM

Príloha číslo 1: Cenová ponuka k Výzve 1 list  
Príloha číslo 2: Opis predmetu zákazky 1 list

**Cenová ponuka k Výzve:**  
**Repasácia akumulátora defibrilatora lifepak AD HighPAK – 12 / 4,8Ah / Li-ion.**

Uchádzač: .....  
Adresa, sídlo .....  
Štatutárny zástupca .....  
Vybavuje .....  
Tel:.....Fax:.....  
IČO: .....  
IČ DPH: .....  
Bankové spojenie: .....  
Číslo účtu: .....

| Typ akumulátora k repasácii                                        | Cena za<br>1 ks<br>bez DPH v € | Sadzba DPH<br>20 %<br>DPH v € | Cena za<br>1 ks<br>s DPH v € |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Repasácia akumulátora lifepak<br>AD HighPAK – 12 / 4,8 Ah / Li-ion |                                |                               |                              |
| <b>Cena celkom</b>                                                 |                                |                               |                              |

Všetky náklady spojené s dodávkou zákazky (doprava, balné a pod.) je potrebné zahrnúť do celkovej ceny.

Podpis štatutárneho orgánu .....

**Opis predmetu zákazky:**  
**Repasácia akumulátora defibrilátora lifepak AD HighPAK – 12 / 4,8Ah / Li-ion.**

Vykonanie repasácie akumulátora defibrilátora lifepak AD HighPAK – 12 / 4,8Ah / Li-ion.

Podľa platných noriem, predpisov a technologických postupov na vykonanie repasácie akumulátorov požadujeme vykonať nasledovné úkony:

- test akumulátora,
- rozloženie obalu akumulátora a výmena článkov,
- rekondícia akumulátora,
- zloženie obalu akumulátora,
- skúška činnosti akumulátora,

Vykonanie repasácie akumulátora potvrdiť na obale akumulátora defibrilátora lifepak AD HighPAK.

K predmetu zákazky – repasácie akumulátora požadujeme dodať protokol o vykonaní repasácie, preskúšaní a funkčnosti akumulátora.