

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovaru

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: **Ministerstvo obrany SR – Akvizičná agentúra**
Sídlo: **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
IČO: 30845572
Kontaktná osoba: Ing. Bohuslav Debnár
Telefón: +421 960 317647
Fax: +421 960 312528
E-mail: bohuslav.debnar@mil.sk

2. Predmet zákazky: Alkoholtestery a náustky do alkoholtesterov.
CPV:38431000-5

3. Druh a množstvo: Predpokladaný počet obstarávaných kusov v roku 2014:

P.č.	Názov tovaru	Predpokladaný počet ks
1.	Alkoholtester- typ A	6 spr
2.	Alkoholtester- typ B	52
3.	Alkoholtester -typ C	8
4.	Náustok k alkoholtesteru ALKOTEST 7410 a 7410 plus	8 750
5.	Náustok kompatibilný k prístroju alkoholtester typ B	13 330
6.	Náustok k alkoholtesteru univerzálny papierový	24 000
7.	Náustok k alkoholtesteru CA2000	6 660
8.	Náustok k alkoholtesteru CA2010	8 640
9.	Náustok k alkoholterru AL/DA AL9000-Lite	1 680
10.	Náustok kompatibilný s alkoholtesterom typu C	2390

4. Typ zmluvy: Kúpna zmluva.

5. Miesto dodania: Vojenský útvar 9994 Nemšová, ul. Slovenskej armády 52, 914 41 Nemšová, príp. iné útvary a zariadenia OS SR.

6. Termín dodania: do 28. novembra 2014.

7. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:

Uchádzač vloží ponuku do samostatného nepriehľadného obalu Obal ponuky musí byť uzatvorený, prípadne zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a označený údajmi:

- adresa verejného obstarávateľa,
- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla, alebo miesta podnikania),
- označenie – „**Súťaž - neotvárať!**“
- heslo: „**Alkoholtestery, náustky**“

Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:

- a) poštou: **Ministerstvo obrany SR**
Akvizičná agentúra
Stredisko administratívnej bezpečnosti a registratúry utajovaných skutočností MO
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
- b) pri osobnom styku: **Ministerstvo obrany SR**
Akvizičná agentúra
Stredisko administratívnej bezpečnosti a registratúry utajovaných skutočností MO
Budova č.6, 2 podlažie , č. dverí 209
v pracovné dni od 8,00 hod do 15,00 hod.

Lehota na predkladanie ponúk: **do 03.06.2014 do 09,00 hod.**

8. Vyhodnotenie ponúk:

Otváranie a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa: **04.06.2014 o 09,00 hod.** Po vyhodnotení predložených cenových ponúk, verejný obstarávateľ bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk a úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.

9. Podmienky účasti:

Uchádzač predloží nasledujúce doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti:

9.1. **Doklad o oprávnení podnikat'** - originál alebo úradne overenú kópiu resp. fotokópiu uvedeného dokladu, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie predmetu požadovaného záväzku, ktorým môže byť:

- **výpis z obchodného registra** (predkladá právnická osoba - podnikateľ, fyzická osoba - podnikateľ zapísaný v obchodnom registri) alebo,
- **živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra** (predkladá fyzická osoba - podnikateľ, príspevková organizácia - podnikateľ).

9.2. **Opis predmetu zákazky**, ktorý musí spĺňať technické a kvalitatívne parametre uvedené v Prílohe č. 2 – Špecifikácia predmetu zákazky. **Opis je vhodné** doložiť fotografiami alebo nákresmi, návodmi na použitie, **technickými listami** a pod.

Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v **slovenskom jazyku**.

10. Obsah ponuky:

- **Doklady podľa bodu 9. tejto výzvy** — doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti.
- **Opis technických ponúkaných parametrov**, ktorý musí byť v súlade s technickými parametrami požadovanými verejným obstarávateľom v Prílohe č. 2.
- **Uchádzač predloží cenovú ponuku** na celý predmet zákazky vypracovanú v súlade s návrhom uvedeným v Prílohe č. 1 k tejto výzve.

Cenová ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva).

11. Kritériá na hodnotenie ponúk:

Kritériom bude najnižšia ponúknutá cena s DPH za celý predmet zákazky.

V cene tovaru musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s dodávkou tovaru kupujúcemu vrátane dopravy.

12. Ďalšie informácie:

- Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa budú vyhodnocovať, bude bezodkladne oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk.
- Víťazný uchádzač musí pred podpisom kúpnej zmluvy predložiť originál dokladu o oprávnení podnikat' s predmetom zákazky, alebo jeho úradne osvedčenú kópiu podľa bodu 9., ktorým preukáže jeho aktuálnosť v danom čase.
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť kúpnu zmluvu s uchádzačom umiestneným v poradí za úspešným uchádzačom, ak z rôznych dôvodov nedôjde k uzatvoreniu zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. úspešný uchádzač od nej odstúpi.
- V prípade, že ponuka úspešného uchádzača prevýši pridelené finančné prostriedky, verejný obstarávateľ má právo danú ponuku neprijat'. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo znížiť resp. zvýšiť predpokladaný rozsah predmetu zákazky v závislosti na vyčlenených finančných prostriedkoch rozpočtu rezortu obrany určených na obstaranie predmetu zákazky.

Ing. Pavel KAVACKÝ
riaditeľ

Návrh cenovej ponuky

Uchádzač (meno, názov):

Sídlo uchádzača:

Kontaktná osoba:

Tel., Fax, e-mail:

IČO:

Bankové údaje:

P.č.	Názov tovaru	Počet kusov	Cena za 1 ks v € bez DPH	Cena za 1 ks v € s 20% DPH	Cena za požadovaný počet v € s 20% DPH
1.	Alkoholtester- typ A	6 spr			
2.	Alkoholtester- typ B	52			
3.	Alkoholtester -typ C	8			
4.	Náustok k alkoholtesteru ALKOTEST 7410 a 7410 plus	8 750			
5.	Náustok kompatibilný k prístroju alkoholtester typ B	13 330			
6.	Náustok k alkoholtesteru univerzálny papierový	24 000			
7.	Náustok k alkoholtesteru CA2000	6 660			
8.	Náustok k alkoholtesteru CA2010	8 640			
9.	Náustok k alkoholtesteru AL/DA AL9000-Lite	1 680			
10.	Náustok kompatibilný s alkoholtesterom typu C	2390			
SPOLU s DPH					

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu

Špecifikácia predmetu zákazky

Alkoholtestery

1. Alkoholtester – typ A sada:

Ide o alkoholtester s príslušenstvom (tlačiareň, kufrík)

a) Alkoholtester Dräger Alcotest 7510, alebo ekvivalent

Základné vlastnosti:

Presnosť merania: +/- 5%

Doporučený počet meraní za týždeň: 300 meraní

Na pohodlné ovládanie tohto testeru na alkohol slúžia tri tlačidlá. Rozmiestnené sú tak, aby dovoľovali obsluhu len jednou rukou.

Najnovšia senzorová technika Dräger (alebo ekvivalent) je zárukou presného, rýchleho a spoľahlivého merania

Minimálna doba nábehu po zapnutí, automaticky riadený priebeh merania a automatické procesy vnútornej kontroly prístroja poskytujú maximálny komfort pre obsluhu.

Schopný spracovávať a ukladať veľký objem dát.

Umiestnením, uchytením a konštrukciou jednorazového hygienicky baleného náustka je zaistený bezpečný a hygienický odstup medzi testovanou osobou, prístrojom a obsluhou.

Napájaný štyrmi alkalickými batériami alebo dobíjacími akumulátormi AA.

Špecifikácia:

Princíp merania: elektrochemický senzor Dräger (alebo ekvivalent) špecifický na alkohol

Merací rozsah: minimálne 0-3 mg/L; pri prekročení meracieho rozsahu je zobrazené hlásenie

Odber vzorky: manuálny. Manuálne spustenie odberu vzorky, alkohol tester umožňuje detekciu alkoholu v ústach pri štandardnej dychovej skúške (ak je funkcia aktivovaná),

štandardný: automaticky na pevný objem výdychu,

pasívny: bez použitia náustku

Doba prípravy k testu: cca 6 s od zapnutia (závislá na okolnej teplote)

Doba vyhodnotenia výsledku merania: cca 3 s pri 0,0 mg/L; cca 10 s pri 0,5 mg/L pri izbovej teplote

Prevádzková teplota: -10°C až +50°C; prevádzková schopnosť je monitorovaná prístrojom

Displej: grafický, podsvietený, LCD, rozlíšenie min. 128 x 169 bodov, 35 mm x 45 mm

LED: 3 LED; červená-žltá-zelená, na podporu hlásení displeja

Zvuková signalizácia: rôzne tóny na podporu hlásenia displeja a upozornení

Pamäť záznam: >5 000 testov s dátumom a časom

Rozmery: max. 185 mm x 90 mm x 45 mm

Hmotnosť (vrát. batérií NiMHy): max. 430 g

Napájanie: 4 alkalické batérie alebo akumulátory AA; signalizácia stavu batérií min. 1 500 testov / sadu batérií

Dátové rozhrania: IR (cez IR modul) a USB pre pripojenie

Kalibrácia:

Alkohol tester je kalibrovaný každých 6 mesiacov pred zaslaním na overenie. Kalibrácii predchádza kontrola technického stavu testeru na alkohol a prípadný servis na zabezpečenie získania certifikátu následného overenia na pracovisku SMÚ príp. Pracoviskách Legálnej metrológie.

Obsah balenia:

Alkohol tester

4 ks NiMHy batérií

SIEŤOVÝ ZDROJ 600MA/11V

25 ks náustkov

Záručný list

b) Tlačiareň: Mobile printer (tlačiareň kompatibilná k alkoholtesteru typ A)

S pomocou novej tlačiarne Dräger Mobile Printer (alebo ekvivalent) možno výsledky stanovenia alkoholu v dychu vytlačiť na mieste. Prenos dát z prístrojov musí byť rýchly a bezpečný cez optické rozhranie. Princíp tepelnej tlače zaručuje nízke prevádzkové náklady a vysokú kvalitu tlače na dlhodobo stabilný termálny papier.

Základné vlastnosti:

Tlačiareň pre mobilné výtlačky výsledkov meraní prístroja – alkoholtesteru –typ A.

Z prístroja - možný bezdrôtový prenos dát pomocou optického rozhrania.

Jednotlačítková prevádzka a jednoduchá výmena papiera.

Termálna tlačiareň nevyžaduje žiadne písacie pásky ani atrament.

Výtlačky na dlhodobo stabilnom termálnom papieri.

Možné použitie alkalických batérií, alebo NiMH nabíjateľných akumulátorov.

Obsah balenia:

Tlačiareň.

4 ks alkalické batérie na napájanie.

5 sád- termopapier pre Dräger Mobile printer.

Slovenský návod k obsluhu.

c) Kufrík pre alkoholtester typ A

Kufrík kovový pre alkoholtester typ A a mobilnú tlačiareň na bezpečný transport prístroja s príslušenstvom.

2. Alkoholtester – typ B:

Alkoholtester CA 2000 alebo ekvivalent

Digitálny detektor alkoholu v dychu je elektronický prístroj určený pre orientačné stanovenie obsahu alkoholu v krvi na základe dychovej skúšky. Jedná sa o mikroelektronický analyzátor, ktorý je konštruovaný k určeniu prítomnosti alkoholu v dychu testovanej osoby. Prístroj je ovládateľný 1 tlačidlom. Prístroj je vybavený zvukovou signalizáciou začiatku a konca fúkania, indikáciou nízkeho napätia batérií a zvláštnym výstražným signálom pri nameranej úrovni alkoholu vyššej ako 0,5‰. Alkoholtester by mal byť kalibrovateľný a senzor po opotrebovaní by sa mal dať vymeniť.

Technické parametre:

Merací rozsah v rozmezí minimálne 0-4‰. Napájanie: z 9V batérie, alebo z autobatérie. Doba prípravy by nemala presiahnuť 20 s a doba fúkania 5s. Rozmery by nemali byť väčšie ako 120x60x25mm a hmotnosť by nemala presiahnuť 250 g.

3. Alkoholtester – typ C:

Požadované technické parametre

- Typ: digitálny
- Interval kalibrácie: min. 6 mesiacov, signalizácia potreby kalibrácie
- Menu: v slovenskom jazyku. ľahko ovládateľné
- Náustky: ľahko dostupné, nízka cena
- Napájanie: vstavaný vymeniteľný nabíjateľný akumulátor + signalizácia slabšej, alebo vybitých batérií
- Pasívny test - možnosť použitia aj bez náustku
- Jednoduché ovládanie
- Automatické vypnutie prístroja po meraní
- Akustická výstraha pri indikácii alkoholu v dychu
- Zobrazenie výsledkov merania – min. v promile
- Počet meraní na jedno nabitie akumulátora: min. 200
- Životnosť senzoru: min. 3000 meraní (vrátane možnosti ľahkej a dostupnej výmeny)

- Hmotnosť v rozmedzí 90 – 180 g
- Rozmery max. 150 x 80 x 50
- Presnosť: max. 5%
- Prevádzková teplota: min. od 0 °C do +40 °C
- Rozsah: min. 0 až 4 promile
- Počet meraní: min. 150 / týždeň
- Zobrazenie výsledkov: min. na 2 desatinné miesta
- Pamäť min. na jedno posledné meranie
- Možnosť užívateľskej zmeny jednotky merania: mg/100mL, g/100mL, mg/mL, mg/L, ug/100mL, %, ‰, g/L
- Príprava na meranie: do 5 sekúnd
- Náustky: dostupné a lacné – papierové alebo umelohmotné
- Výmena senzoru: v záruke bezplatne, mimo záruky do 50,- EUR s dph
- Návod: podrobný a v slovenskom jazyku

Náustky

4. Náustok k alkoholtesteru typu ALKOTEST 7410 a ALKOTEST 7410 plus

Plastový náustok vhodný na použitie s prístrojmi na zisťovanie alkoholu v dychu typu ALKOTEST 7410 a ALKOTEST 7410 plus. Každý náustok je zabalený samostatne v plastovom vrecku. Balenie obsahuje 25 kusov samostatne zabalených náustkov.

Náustok je vyrobený z hygienicky nezávadného plastu vhodného na toto použitie.

5. Náustok kompatibilný k prístroju alkoholtester – typ B

Náustok je vyrobený z hygienicky nezávadného plastu vhodného na toto použitie, balené po 50 ks.

6. Náustok k alkoholtesteru univerzálny papierový

Papierový náustok vhodný na použitie s viacerými typmi detektorov alkoholu v dychu vrátane detektora 3P – PAUER DRIVESAVE používaných v útvaroch a zariadeniach MO SR a OS SR. Vnútorný priemer náustku je 15 mm, vďaka čomu sa jednoducho vtlačá do tela testera alkoholu. Dĺžka náustku je 50 mm. Balenie obsahuje 100 kusov náustkov. Náustok je vyrobený z hygienicky nezávadného materiálu (papieru) vhodného na toto použitie.

7. Náustok k alkoholtesteru CA 2000

Plastový náustok vhodný na použitie s detektorom alkoholu v dychu CA 2000. Vnútorný priemer náustku je 11 mm, vďaka čomu sa jednoducho nasúva na ústie testera alkoholu. Každý náustok je zabalený samostatne v plastovom vrecku. Balenie obsahuje 50 kusov samostatne zabalených náustkov.

Náustok je vyrobený z hygienicky nezávadného plastu vhodného na toto použitie.

8. Náustok k alkoholtesteru CA 2010

Plastový náustok vhodný na použitie s detektorom alkoholu v dychu CA 2010. Vonkajší priemer náustku je 8 mm, vďaka čomu sa jednoducho vtlačá do tela testera alkoholu. Každý náustok je zabalený samostatne v plastovom vrecku. Balenie obsahuje 50 kusov samostatne zabalených náustkov.

Náustok je vyrobený z hygienicky nezávadného plastu vhodného na toto použitie.

9. Náustok k alkoholtesteru AL/DA AL9000-Lite

Plastový náustok vhodný na použitie s viacerými typmi detektorov alkoholu v dychu vrátane detektora AL9000-Lite. Vonkajší priemer náustku je 8 mm, vďaka čomu sa jednoducho vtlačá do tela testera alkoholu. Každý náustok je zabalený samostatne v plastovom vrecku. Balenie obsahuje 50 kusov samostatne zabalených náustkov.

Náustok je vyrobený z hygienicky nezávadného plastu vhodného na toto použitie.

10. Náustok kompatibilný s alkoholtesterom typu C

Náustok pre požadovaný alkoholtester typu C (Položka 3). Vyrobené z plastu alebo z papiera balené po 50 ks.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx