

# VOJENSKÝ ÚTVAR 1606 NOVÁKY

NCEODRCHBO-159/2014

## VÝZVA

### na predloženie cenovej ponuky

podľa § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb

#### 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Ministerstvo obrany SR  
Kutuzovova 8  
832 47 Bratislava  
V zastúpení: Vojenský útvar 1606, Duklianska 1, 972 71 Nováky  
pplk. Ing. Róbert CSÁSZÁR  
ICO : 30845572  
Kontaktná osoba kpt. Ing. Rastislav Cinkanič  
Telefón: 0960 345 362  
Fax: 0960 345 305  
e-mail : rastislav.cinkanic@mil.sk

#### 2. Predmet zákazky: „Oprava a údržba presných zariadení“

#### 3. Druh a množstvo služby:

- 3.1. Atómový absorbčný spektrometer AAS 6800 F – profylaktická kontrola, kontrola nastavenia, vyčistenie celého prístroja.
- 3.2. Prístroj slúžiaci na výrobu ultračistej vody Milli-Q Synthesis - profylaktická kontrola, kontrola nastavenia, výmena filtračných kaziet a ÚV lampy, vyčistenie prístroja.
- 3.3. Vysokoúčinný kvapalinový chromatograf HPLC 10 AVP - profylaktická kontrola, kontrola nastavenia, výmena tesnení na vysokotlakej časti, vyčistenie autosampleru.
- 3.4. Plynový chromatograf s hmotnostnou spektrometriou GC/MS - profylaktická kontrola, kontrola nastavenia, výmena kolóny typu DB 5ms, filamentu, vyčistenie hmotnostného detektora.
- 3.5 Plynový chromatograf GC/FID s detektormi FID,NPD,ECD Thermo Fisher Scientific, In 1 - profylaktická kontrola, kontrola nastavenia, výmena kolóny typu DB 1701, vyčistenie Detektorov ECD,FID a NPD.
- 3.6. Plynový chromatograf s infračervenou spektrometriou GC/FTIR - profylaktická kontrola, kontrola nastavenia, výmena kolóny typu DB 1701 a filamentu, vyčistenie infračerveného detektora.

#### 4. Typ zmluvy: Objednávka.

**5. Miesto dodania:** VÚ 1606 Nováky – RCHL dislokované v priestore VÚ 1056 Zemianske Kostoľany

**6. Termín dodania:** do 15. decembra 2014

#### 7. Lehota na predloženie cenovej ponuky:

Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi:

- adresa verejného obstarávateľa,
  - adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesto podnikania),
  - označenie „Súťaž – neotvárať“
- heslo „Oprava a údržba presných zariadení“

Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:

Poštou: Vojenský útvar 1606, Duklianska 1, 971 01 Nováky

Osobne: Vojenský útvar 1606, Duklianska 1, 971 01 Nováky – budova 300, pracovisko PAB

Lehota na predkladanie ponúk uplynie : **dňa 1.12.2014 do 8,00 hod.**

#### 8. Vyhodnotenie ponúk:

Vyhodnotenie cenových ponúk vykoná trojčlenná komisia určená na vyhodnotenie ponúk bez účasti uchádzača dňa 1. decembra 2014 o 10,00 hod. Po vyhodnotení predložených cenových ponúk, obstarávateľ písomne oznámi najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania obálok všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk a úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Zaslanie cenovej ponuky uchádzačom bude slúžiť ako súhlas s podmienkami uvedenými vo výzve.

Úspešným uchádzačom bude zaslaná objednávka na dodanie tovaru , terím splatnosti faktúry minimálne 30 dní.

Predpokladaná cena zákazky je: **4 999,- € vrátane DPH**

#### 9. Podmienky účasti

a) Cenová ponuka v Euro.

b) Fotokópiu dokladu o oprávnení podnikateľ s predmetom zákazky alebo fotokópiu o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák.č. 25/2006 Z.z.

d) Uchádzač je povinný predložiť prehlásenie (príloha č. 1), že rešpektuje podmienky a požiadavky obstarávateľa uvedené vo Výzve.

e) Potvrdenie, že uchádzač je výhradným alebo autorizovaným predajcom predmetu zákazky.

Uchádzač je povinný predložiť fotokópiu platného dokladu, preukazujúceho túto skutočnosť.

#### 10. Obsah ponuky

- doklady podľa bodu 9 tejto výzvy – doklady preukazujúci splnenie podmienok účasti,

- cenová ponuka **nemusí byť predložená na celý predmet zákazky, je možné ju rozdeliť**. Predmet zákazky bude vyhodnocovaný jednotlivo, po typoch prístrojov, so zohľadnením najnižšej cenovej ponuky a splnením podmienok účasti podľa bodu 9.

### **11. Kritéria na hodnotenie ponúk :**

- najnižšia cena s DPH

### **12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:**

- proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania podľa § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 nie je možné podať žiadosť o nápravu, ani námietky v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní,
- verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi trojčlennú komisiu,
- všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, bezodkladne (najneskôr do 5 dní odo dňa otvárania obálok) oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk, úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma, neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky,
- víťazný uchádzač musí pred podpisom objednávky predložiť originál dokladu alebo jeho úradne osvedčenú kópiu, ktorým preukáže aktuálnosť v danom čase,
- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť objednávku s uchádzačom umiestneným v poradí za úspešným uchádzačom, ak s rôznych dôvodov nedôjde k uzatvoreniu objednávky s úspešným uchádzačom, resp. úspešný uchádzač od nej odstúpi.

### **13. Dôvody zrušenia zadania zákazky s nízkou hodnotou**

- nebola predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy,
- ani jedna z predložených ponúk nevyhoví požiadavkám verejného obstarávateľa,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená.

Príloha č. 1: Cenová ponuka k Výzve č. NC EODaRCHBO-159/2014 ..... 1 list

Príloha č. 2: Špecifikácia pre vypracovanie cenovej časti ponuky.....1 list

V Novákoch, dňa: 21.novembra 2014

podplukovník Ing. Róbert CSÁSZÁR  
veliteľ  
(preventívna rehabilitácia)  
v zastúpení  
mjr. Ing. Oskar VANČO

**Cenová ponuka k VÝZVE : č. NCEODaRCHBO-159/2014**

**Predmet zakazy: „Oprava a údržba presných zariadení“**

Uchádzač : .....

Adresa, sídlo : .....

Štatutárny zástupca : .....

Vybavuje: .....

Tel: ..... Fax: .....

IČO : .....

IČ DPH : .....

Bankové spojenie : .....

*Vyhlasujem, že rešpektujem požiadavky a podmienky obstarávateľa uvedené vo Výzve a súhlasím s nimi.*

V ....., dňa:

*Odtlačok pečiatky, meno, priezvisko  
a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača,  
alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača*

| por. číslo | Názov prístroja                                     | Typové označenie                  | výrobca                       | rok výroby | rozsah servisu                                                 | Požadovaný certifikát, potvrdenie k vykonanej profilaktike | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 1          | 2                                                   | 3                                 | 4                             | 5          | 6                                                              | 7                                                          | 8            | 9          |
| 1          | Atómový absorpčný spektrometer                      | AAS 6800 F                        | Shimadzu Corporation          | 2002       | Profilaktická kontrola, kontrola nastavenia                    | certifikát presnosti údajov, STN EN ISO 17025              |              |            |
|            |                                                     |                                   |                               |            | Vyčistenie celého prístroja                                    |                                                            |              |            |
| 2          | Prístroj slúžiaci na výrobu ultračistej vody        | Milli-Q Synthesis                 | MILLIPORE                     | 2003       | Profilaktická kontrola, kontrola nastavenia                    | certifikát presnosti údajov - STN EN ISO 17025             |              |            |
|            |                                                     |                                   |                               |            | Výmena filtračných kaziet a ÚV lampy, vyčistenie prístroja     |                                                            |              |            |
| 3          | Vysokoúčinný kvapalinový chromatograf               | HPLC 10 AVP                       | Shimadzu                      | 2003       | Profilaktická kontrola, kontrola nastavenia                    | certifikát presnosti údajov - STN EN ISO 17025             |              |            |
|            |                                                     |                                   |                               |            | Výmena tesnení na vysokotlakej časti, vyčistenie autosampleru, |                                                            |              |            |
| 4          | Plynový chromatograf s hmotnostnou spektrometriou   | GC/MS                             | Thermo Fisher Scientific, Inc | 2001       | Profilaktická kontrola, kontrola nastavenia                    | certifikát presnosti údajov - STN EN ISO 17025             |              |            |
|            |                                                     |                                   |                               |            | Výmena kolóny typu DB 5ms, filamentu                           |                                                            |              |            |
|            |                                                     |                                   |                               |            | Vyčistenie hmotnostného detektora                              |                                                            |              |            |
| 5          | Plynový chromatograf                                | GC/FID s detektormi FID, NPD, ECD | Thermo Fisher Scientific, In1 | 2001       | Profilaktická kontrola, kontrola nastavenia                    | certifikát presnosti údajov - STN EN ISO 17025             |              |            |
|            |                                                     |                                   |                               |            | Výmena kolóny typu DB 1701                                     |                                                            |              |            |
|            |                                                     |                                   |                               |            | Vyčistenie detektorov ECD, FID a NPD                           |                                                            |              |            |
| 6          | Plynový chromatograf s infračervenou spektrometriou | GC/FTIR                           | Thermo Fisher Scientific, In1 | 2004       | Profilaktická kontrola, kontrola nastavenia                    | certifikát presnosti údajov - STN EN ISO 17025             |              |            |
|            |                                                     |                                   |                               |            | Výmena kolóny typu DB 1701 a filamentu                         |                                                            |              |            |
|            |                                                     |                                   |                               |            | Vyčistenie infračerveného detektora                            |                                                            |              |            |

V ....., dňa:

*Od tlačok pečiatky, meno, priezvisko  
a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača,  
alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača*